

12.04.2011 № 18/03-4

Директору НПФ «Сенсорика»

Якунцеву С.В.

Отзыв по опытной эксплуатации Безбумажного регистратора Ш9329А тип 29.010(Дискограф)

На нашем предприятии с 10.11.2010г. по 10.02.2011г. находился в опытно-промышленной эксплуатации прибор регистратор Ш9329А,(в дальнейшем Дискограф), производства НПФ «Сенсорика». Прибор был установлен в ЭСПП ЭСПЦ-3 на агрегат комплексной обработки стали для контроля температуры жидкой стали по ходу плавки. При установке прибора и проведении монтажных работ у персонала не возникло никаких вопросов.


Прибор удобен в эксплуатации, имеет понятное меню, удобное отображение информации, настройка прибора не вызывает никаких затруднений.

К достоинствам прибора Дискограф можно отнести:

- простота монтажа, настройки и эксплуатации прибора,
- наглядный цветной дисплей с большим углом обзора,
- широкие возможности обработки входных сигналов,
- возможность архивирования результатов измерений,
- возможность связи с верхним уровнем (ПЭВМ),
- лёгкий способ просмотра архивной информации на регистраторе.

Несмотря на тяжёлые условия эксплуатации прибора, повышенная запыленность, вибрация рабочей площадки, низкие температуры в период опытной эксплуатации, сбоев в работе Дискографа не наблюдалось, что позволяет рекомендовать его для установки вместо прибора «Диск 250С» производства завода «Теплоприбор». По окончании испытаний нами было принято решение произвести замену ещё 6 приборов «Диск 250С» на работающих агрегатах цеха.

Начальник ЭСПЦ-3



Д.С. Мергенёв